

ICT-randvoorwaarden Open Care Connect

Documentnaam	ICT-randvoorwaarden Open Care Connect
Auteur	EE – Eurocom Group
Versie	1.0
Datum	22-09-2023

Netwerkpoortvoorwaarden

Voor correct functioneren van de bouwstenen binnen uw Systeem van Open Care Connect moeten de volgende netwerkpoorten opgesteld worden.

	Poort	TCP/UDP	Richting
Algemene functionaliteiten	8883	TCP	Uitgaand
Algemene functionaliteiten	443	TCP	Uitgaand
	80	TCP	Uitgaand
SIP functionaliteit	5060	UDP/TCP	Uitgaand
	10000-20000	UDP	Uitgaand
Algemene functionaliteiten	67	UDP	Uitgaand
	68	UDP	Uitgaand
Algemene functionaliteiten	123	UDP	Uitgaand
Algemene functionaliteiten	9000	TCP	Uitgaand
CQ-Net Server functionaliteit	11000	TCP	Binnenkomend
Multicast	30011	UDP	Inkomend/ uitgaand
Multicast	30012	UDP	Inkomend/ uitgaand
Momo BedSense®	8000	TCP	Inkomend/ uitgaand

Whitelisten IP- en URL-adressen

IP- en URL-adressen	*.opencareconnect.eu *.cqnetlive.eu *.googleapis.com *.firebase.database.app *.azurewebsites.net
---------------------	--



	*.onmicrosoft.com
--	-------------------

Specificaties Wifi Momo BedSense®

Module	Espressif Systems – ESP32
Standaarden	802.11 b/g/n
Frequentie	2.4 GHz
Beveiliging Wifi	WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise
Beveiliging data	SSL-TLS 1.2

Configuratie data verzending BedSense

Adres	https://api.momomedical.com:8000 https://api.production.momomedical.com http://mijn.momomedical.com
IP-adres	In verband met de meerdere availability zones is er geen vast IP-adres.
NTP	Het NTP-verkeer loopt vanaf de Momo Medical servers in meerdere availability zones via: ntp.momomedical.com api.momomedical.com In verband met de meerdere availability zones is er geen vast IP-adres Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de NTP pool via: https://www.pool.ntp.org/ Hierachter zitten meerdere servers, hierdoor is hier ook geen vast IP-adres gewenst. We adviseren voor NTP alle sub domeinen van pool.ntp.org te White listen.
DNS	Poort 53 – UDP
Overig	Er wordt gebruik gemaakt van ICMP ping